

## 被ばく線量比較表

撮影部位（撮影方向）	医療被ばく低減目標値（mGy）	当院の線量（mGy）
頭部（正面）	3	1.25
頭部（側面）	2	1.12
頸椎（正側面）	0.9	0.36
胸椎（正面）	4	1.66
胸椎（側面）	8	2.30
胸部（正面）	0.3	0.10
胸部（側面）	0.8	0.39
腹部（正面）	3	1.09
腰椎（正面）	5	2.12
腰椎（側面）	15	8.08
骨盤（正面）	3	2.12
股関節（正面）	4	1.20
大腿部	2	1.44
膝関節	0.4	0.16
足関節	0.3	0.06
前腕部	0.2	0.10
手指部	0.1	0.03
グースマン[骨盤計測]	9	3.21
0歳胸部	0.2	0.02
0歳腹部	0.3	0.02
乳幼児股関節	0.2	0.08